








建筑工程学院实验室安全巡查情况通报汇总表

各实验室：

按照《浙江省高等学校实验室安全检查项目表（2023 年）》中的要求，学院实验中心老师带领研究生安全巡查队于 2024 年 3 月 4 日上午对学院的实验室安全情况进行检查，现将检查情况通报如下：

楼栋房间号	存在问题或安全隐患	实验室安全标准
7-A105	<div></div> <div>安全自查记录表未更新</div>	6.2.3 实验室有卫生安全制度
	<div></div> <div>消防检查记录表未更新</div>	7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展训练
7-A106	<div></div> <div>安全自查记录表未更新</div>	6.2.3 实验室有卫生安全制度




	 <p>消防检查记录表未更新</p>	7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展训练
	 <p>实验室杂乱</p>	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序
7-B101	 <p>消防检查记录表未更新</p>	7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展训练
7-B102	 <p>消防检查记录表未更新</p>	7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练

7-B103		7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练
		6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序
		6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序




消防检查记录表更新

垃圾未倒

实验台脏乱

7-B104	 <p data-bbox="620 779 904 808">消防检查记录表未更新</p>	<p data-bbox="1118 427 1348 582">7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练</p>
7-B105	 <p data-bbox="620 1328 904 1357">安全自查记录表未更新</p>	<p data-bbox="1118 1061 1348 1131">6.2.3 实验室有卫生安全制度</p>
	 <p data-bbox="620 1973 904 2002">消防检查记录表未更新</p>	<p data-bbox="1118 1624 1348 1778">7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展训练</p>

<p>7-B107</p>	<div data-bbox="549 203 976 678" data-label="Image"></div> <div data-bbox="620 694 904 728" data-label="Caption"><p>安全自查记录表未更新</p></div>	<p>6.2.3 实验室有卫生安全制度</p>
<p>7-B107</p>	<div data-bbox="549 743 976 1220" data-label="Image"></div> <div data-bbox="620 1245 904 1279" data-label="Caption"><p>消防检查记录表未更新</p></div>	<p>7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练</p>
<p>7-B108</p>	<div data-bbox="557 1312 965 1991" data-label="Image"></div> <div data-bbox="705 2004 820 2038" data-label="Caption"><p>垃圾未倒</p></div>	<p>6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序</p>

		6.2.2 实验室环境 应整洁卫生有序
7-B201		6.2.2 实验室环境 应整洁卫生有序
		7.1.1 实验室应配 备合适的灭火设 备，并定期开展使 用训练

实验室环境杂乱

垃圾未倒

灭火器未更新


7-B202	 <p>垃圾未倒，纸箱未处理</p>	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序
	 <p>消防检查记录表未更新</p>	7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练

	<div data-bbox="545 194 979 813"></div> <div data-bbox="624 828 904 864">安全自查记录表未更新</div>	<div data-bbox="1118 499 1345 573">6.2.3 实验室有卫生安全制度</div>
<div data-bbox="284 1321 370 1352">7-B203</div>	<div data-bbox="517 884 1008 1330"></div> <div data-bbox="494 1350 1031 1736"></div> <div data-bbox="608 1753 919 1789">垃圾未倒，实验室不整洁</div>	<div data-bbox="1118 1299 1345 1373">6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序</div>



消防检查记录表未更新

7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练




实验室记录表未更新

6.2.3 实验室有卫生安全制度

7-B204B	<div data-bbox="547 190 978 857"></div> <div data-bbox="620 857 903 896">安全自查记录表未更新</div>	6.2.3 实验室有卫生安全制度
7-B205	<div data-bbox="547 902 978 1518"></div> <div data-bbox="620 1525 903 1563">安全自查记录表未更新</div>	6.2.3 实验室有卫生安全制度

	<div data-bbox="576 197 951 810"></div> <div data-bbox="624 828 904 864">消防检查记录表未更新</div>	<div data-bbox="1118 456 1347 616">7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练</div>
<div data-bbox="276 1258 379 1290">7-B206B</div>	<div data-bbox="561 896 965 1608"></div> <div data-bbox="624 1628 904 1664">安全自查记录表未更新</div>	<div data-bbox="1118 1236 1347 1310">6.2.3 实验室有卫生安全制度</div>

	 <p>消防检查记录表未更新</p>	7.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练
	 <p>地面杂乱不干净</p>	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序
7-B208	 <p>垃圾过多，未及时清理</p>	6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序